



## ATTO D'ACQUISTO

n° 72/SPE del 02.07.2015

### OGGETTO:

**Fornitura di tre Incubatrici neonatali da reparto per l'U.O.C. di Pediatria del P.O. di Conegliano.**

### MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

Il dott. Gian Paolo Chiaffoni, Direttore dell'U.O.C. di Pediatria del P.O. di Conegliano, con nota del 28.01.2013 chiede l'acquisto di tre Incubatrici neonatali da reparto, in sostituzione di altrettante apparecchiature in dotazione alla sua Unità Operativa (marca Atom mod. V85 del 1997, inventario n. 47511, n. 47512 e n. 47513), in quanto obsolete e fuori supporto tecnico per la progressiva mancanza delle parti di ricambio, come segnalato dalla ditta fornitrice e dal nostro Servizio Tecnico con nota del 18.02.2015.

Il dott. Giuseppe Toffolon, Direttore f.f. dell'Ospedale, esprime parere favorevole all'acquisto in oggetto.

### PRESO ATTO

- che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della Regione Veneto che ha anche il compito di effettuare procedure di gara a livello regionale, in favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per acquisti caratterizzati da un alto grado di standardizzazione e che si prestano ad una elevata omogeneità di utilizzo, nonché per acquisti strategici finalizzati ad raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
- che con successiva DGRV n.2370 del 29/12/2011 è stato creato il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS), come evoluzione precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione del Veneto;
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area vasta o provinciale per il prodotto in oggetto;
- che il D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito poi nella Legge n.135 del 7 agosto 2012, prevede, ai sensi dell'art.15 comma 13, lettera d), l'obbligo per le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati, ad utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP per l'acquisto di beni e servizi;
- si rende quindi necessario procedere all'acquisto delle apparecchiature in oggetto, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO) sullo stesso sistema.

### FASI DELLA PROCEDURA:

Trattandosi di acquisto di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è proceduto utilizzando il "Nuovo Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006";

- Interpello:** Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata la Richiesta di Offerta (RDO) n. 803615 in data 20.04.2015 (Gara n. 5820652 – Lotto 1 CIG n. 60029173D1 - Lotto 2 CIG n. 6002927C0F) alle seguenti ditte: GE Medical System Italia S.p.a. di Milano, Draeger Medical Italia S.p.a. di Corsico (MI), Burke & Burke. S.p.a. di Assago (MI), Medica Valeggia S.p.a. di Padova e SATO S.r.l. di Roma;
- Hanno presentato offerta sulla piattaforma MEPA le seguenti ditte:
  - per il Lotto 1 (due ditte): Burke & Burke. S.p.a. di Assago (MI) e Draeger Medical Italia S.p.a. di Corsico (MI);
  - per il lotto 2 (una ditta): Burke & Burke. S.p.a. di Assago (MI);
- Valutazioni tecniche:** A seguito ns. nota prot. n. 114/SPE del 12.05.2015, il dott. Gian Paolo Chiaffoni, Direttore dell'U.O. di Pediatria del P.O. di Conegliano, incaricato di assegnare l'idoneità tecnica, con nota del 12.06.2015, ha trasmesso le seguenti valutazioni:



segue **ATTO DI ACQUISTO n. 72/SPE del 02.07.2015**

**Lotto n. 1**

ditta Burke & Burke, incubatrice neonatale Atom Mod. Incu-i 101: **idonea**

ditta Draeger Medical Italia, incubatrice neonatale Mod. Caleo: **non idonea**

“in quanto il modello di incubatrice proposto risulta sprovvisto di sistema di sicurezza a doppia chiusura (da ciascun lato) del pannello di accesso, finalizzato a prevenire la caduta accidentale del neonato. Si sottolinea che questa caratteristica era stata indicata dalla richiesta di offerta come una delle caratteristiche prioritarie.”

**Lotto n. 2** – ditta Burke & Burke, incubatrice ibrida neonatale Atom Mod. Dual Incu-i 100: **idonea**.

**PROPOSTA D'ACQUISTO:**

Si propone di affidare la fornitura di quanto sopra come segue:

Lotto n. 1 CIG 60029173D1 n. 2 Incubatrici neonatali da reparto, marca Atom Mod. Incu-i 101 cod. AT61606, CND Z1208040301 – RDM 349286 (cad. € 10.725,00), alla ditta Burke & Burke. S.p.a. di Assago (MI), unica ditta ritenuta idonea dall'U.O. richiedente, verso il corrispettivo complessivo di € 21.450,00 più IVA 22%, comprensivo di formazione e garanzia di 24 mesi.

Lotto n. 2 CIG 6002927C0F n. 1 Incubatrice neonatale ibrida da reparto, marca Atom Mod. Dual Incu-i 100 cod. AT61601, CND Z1208040301 – RDM 349337, completa di Modulo Bilancia Elettronica per la pesata del neonato Integrata cod. AT61615, alla ditta Burke & Burke. S.p.a. di Assago (MI), unica ditta ad aver presentato offerta e ritenuta idonea dall'U.O. richiedente, verso il corrispettivo di € 17.450,00 più IVA 22%, comprensivo di formazione e garanzia di 24 mesi.

**Il Responsabile del Procedimento**  
f.to Rag. Adriano Grassi

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA**

**VISTO** il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di evidenza pubblica” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006;

**CONSTATATO** che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel suindicato Regolamento e che è stata osservata la procedura nello stesso indicata;

**RITENUTO** di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;

**DISPONE**

- 1) di affidare la fornitura delle tre Incubatrici neonatali da reparto per l'U.O.C. di Pediatria del P.O. di Conegliano (gara n. 5820652), come segue:



**segue ATTO DI ACQUISTO n. 72/SPE del 02.07.2015**

Lotto n. 1 CIG 60029173D1 n. 2 Incubatrici neonatali da reparto, marca Atom Mod. Incu-i 101 cod. AT61606, CND Z1208040301 – RDM 349286 (cad. € 10.725,00), alla ditta Burke & Burke. S.p.a. di Assago (MI), RDO MEPA n. 803615, offerta n. 242/AT/15 del 06.05.2015, verso il corrispettivo complessivo di € 21.450,00 più IVA 22%, comprensivo di formazione e garanzia di 24 mesi.

Lotto n. 2 CIG 6002927C0F n. 1 Incubatrice neonatale ibrida da reparto, marca Atom Mod. Dual Incu-i 100 cod. AT61601, CND Z1208040301 – RDM 349337, completa di Modulo Bilancia Elettronica per la pesata del neonato Integrata cod. AT61615, alla ditta Burke & Burke. S.p.a. di Assago (MI), RDO MEPA n. 803615, offerta n. 243/AT/15 del 06.05.2015, verso il corrispettivo di € 17.450,00 più IVA 22%, comprensivo di formazione e garanzia di 24 mesi.

- 2) di determinare la spesa complessiva in € 47.458,00= IVA compresa, (Rif. n° conto 990007 - autorizz. n. 15-U02111);
- 3) di nominare, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell'U.O.C. di Pediatria del P.O. di Conegliano, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006".

**Il Direttore dell'U.O.C.**  
**Provveditorato, Economato e Logistica**  
f.to Dott. Livio Dal Cin

**Istruttoria curata da:**

Angelo.Madurotto. (0438-664319)  
Pratica n. 2869  
LDC/am

- originale
- copia per il Direttore Generale
- copia per il Collegio Sindacale
- copia per Ufficio Acquisti Tecnologie